

## Lista di controllo n. 4.7

# ATTIVITA' DI RADIOTERAPIA

**IL/LA SOTTOSCRITTO/A**

nato/a a \_\_\_\_\_ prov. di \_\_\_\_\_ il \_\_\_\_\_  
titolare/legale rappresentante della Società/Ente/Azienda \_\_\_\_\_

ai sensi dell'art. 5 c. 3 lett. e) del D.P.G.P. 27 novembre 2000 n. 30-48/Leg.

**DICHIARA**

che la struttura sanitaria e/o socio-sanitaria denominata \_\_\_\_\_

composta di n. \_\_\_\_\_ edifici siti in

Comune / Località	
Indirizzo	
C.C.	
pp.ff. / pp.ed.	
p.m.	

è in possesso dei requisiti minimi come di seguito specificati previsti per il rilascio di autorizzazione all'esercizio delle attività sanitarie e/o socio-sanitarie relative alle funzioni indicate in domanda.

## REQUISITI SPECIFICI

<b>4.7</b>	<b>L'attività di radioterapia è svolta mediante l'impiego di fonti radioattive e di sorgenti di radiazioni ionizzanti ed è diretta al trattamento della malattia neoplastica e, in casi selezionati, al trattamento di patologie non neoplastiche, a carattere malformativo e/o cronico degenerativo.</b>		
<b>REQUISITO DA SODDISFARE :</b>		<i>Situazione attuale</i>	
<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>			
4.7	<p>Esiste la documentazione (*) formalizzata che esplicita l'<b>organizzazione interna dell'unità di radioterapia</b>, con particolare riferimento a:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- organigramma;</li> <li>- livelli di responsabilità;</li> <li>- strutture e modalità di funzionamento;</li> <li>- descrizione quali-quantitativa dell'attività svolta.</li> </ul> <p>(*) Può coincidere con la documentazione utilizzata per attestare il possesso dei requisiti della lista di controllo n. 1</p>	SI	NO

### 4.7.1 REQUISITI MINIMI STRUTTURALI

<b>4.7.1</b>	<b>I locali e gli spazi devono essere correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.</b>		
<b>REQUISITO DA SODDISFARE :</b>		<i>Situazione attuale</i>	
<p><b>La dotazione minima di ambienti per l'attività di radioterapia è la seguente:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- aree di attesa per gli utenti trattati;</li> <li>- spazi adeguati per accettazione, attività amministrative ed archivio;</li> <li>- una sala di simulazione;</li> <li>- un bunker di terapia;</li> <li>- un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione dell'utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica;</li> <li>- un locale visita;</li> <li>- un locale per trattamenti farmacologici brevi;</li> <li>- un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive;</li> <li>- servizi igienici distinti per gli operatori e per gli utenti;</li> <li>- uno o più spogliatoi per gli utenti in relazione alle sale di terapia e alle sale visite presenti e comunicanti con le stesse.</li> </ul>			
<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>			
4.7.1 - a	I locali e gli spazi sono correlati alla tipologia e al volume delle attività erogate.	SI	NO
L'attività di radioterapia dispone almeno di:			
4.7.1 - b	aree di attesa per gli utenti trattati, con un numero di posti a sedere adeguato al numero di pazienti che mediamente le frequentano;	SI	NO
4.7.1 - c	spazi adeguati per l'accettazione dei pazienti, le attività amministrative e l'archivio;	SI	NO
4.7.1 - d	una sala di simulazione;	SI	NO
4.7.1 - e	un bunker di terapia;	SI	NO
4.7.1 - f	un locale per la conformazione dei campi di irradiazione, per la contenzione e la protezione dell'utente in corso di terapia, per la verifica dosimetrica;	SI	NO
4.7.1 - g	un locale visita;	SI	NO
4.7.1 - h	un locale per trattamenti farmacologici brevi;	SI	NO
4.7.1 - i	un locale per la conservazione e manipolazione delle sostanze radioattive;	SI	NO

4.7.1 - l	servizi igienici per gli utenti;	SI	NO
4.7.1 - m	servizi igienici per gli operatori distinti da quelli per gli utenti;	SI	NO
4.7.1 - n	uno o più spogliatoi per i pazienti comunicanti con i locali destinati alle terapie e alle visite.	SI	NO

#### 4.7.2 REQUISITI MINIMI TECNOLOGICI

<b>4.7.2</b> <b>REQUISITO DA SODDISFARE:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Simulatore per radioterapia ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologica (convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti;</b></li> <li>- <b>unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare);</b></li> <li>- <b>attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento;</b></li> <li>- <b>apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico.</b></li> </ul>
---	--

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
L'unità di radioterapia è dotata almeno di:			
4.7.2 - a	simulatore per radioterapia, ovvero la piena disponibilità di una diagnostica radiologica (convenzionale o computerizzata) dedicata alla definizione tecnica e pianificazione dei trattamenti;	SI	NO
4.7.2 - b	unità di terapia a fasci collimati (telecobalto terapia, acceleratore lineare);	SI	NO
4.7.2 - c	attrezzatura per la valutazione della dose singola e dei relativi tempi di trattamento;	SI	NO
4.7.2 - d	apparecchiature per il controllo dosimetrico clinico.	SI	NO

#### 4.7.3 REQUISITI MINIMI ORGANIZZATIVI

<b>4.7.3</b> <b>REQUISITO DA SODDISFARE :</b>	<p><b>Ogni unità di radioterapia deve assicurare i seguenti requisiti minimi organizzativi:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>il personale sanitario laureato e/o tecnico deve essere adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate;</b></li> <li>- <b>attivazione di un sistema di controllo di qualità;</b></li> <li>- <b>presso ogni struttura di radioterapia è previsto l'obbligo di comunicare all'utente, al momento della prenotazione dell'indagine diagnostica, i tempi di consegna dei referti;</b></li> <li>- <b>ad ogni unità di radioterapia deve essere garantita, in caso di necessità, la possibilità di accesso ad un settore di degenza ove sia possibile l'assistenza dei pazienti trattati;</b></li> <li>- <b>qualora vi fosse disponibilità di una sola unità di terapia, si dovrà provvedere alla formalizzazione di un protocollo di collaborazione con un'altra unità operativa di radioterapia, in modo da garantire la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature.</b></li> </ul>
--	---

<i>Criteria per la verifica del possesso del requisito</i>		<i>Situazione attuale</i>	
4.7.3 - a	Il personale sanitario laureato e/o tecnico è adeguato alla tipologia e al volume delle prestazioni erogate.	SI	NO
4.7.3 - b	Sono documentati l'attivazione e il mantenimento di un sistema di controllo della qualità.	SI	NO

4.7.3 - c	Esiste e viene applicata una procedura che prevede, in caso di necessità, che il personale dell'unità di radioterapia possa assistere temporaneamente presso un'area di degenza i propri pazienti trattati.	SI	NO
4.7.3 - d	È documentata l'esistenza di una procedura che garantisca la continuità terapeutica in caso di guasto alle apparecchiature, anche in collaborazione con un'altra unità di radioterapia.	SI	NO

